

System inspekcí ventilátorů MEDUMAT

Vážení zákazníci a obchodní partneři,

dovolujeme si Vás informovat o systému inspekcí a zajištění servisu pro transportní plicní ventilátory MEDUMAT (výrobce Weinmann EMT, Hamburk).

V České a Slovenské republice jsou používány následující typy ventilátorů MEDUMAT:

- MEDUMAT 4011 (ukončen servis a výroba náhradních dílů, doporučujeme vyřadit)
- MEDUMAT Control (ukončen servis a výroba ND, doporučujeme vyřadit)
- MEDUMAT Electronic (ukončen servis a výroba ND, doporučujeme vyřadit)
- MEDUMAT Variabel / Variable (ukončen servis a výroba ND, doporučujeme vyřadit)
- MEDUMAT Compact / Compact-i (ukončen servis a výroba ND, doporučujeme vyřadit)
- **MEDUMAT Basic / Basic p**
- **MEDUMAT Standard**
- **MEDUMAT Standard a**
- **MEDUMAT Standard 2**
- **MEDUMAT Easy**
- **MEDUMAT Easy CPR**
- **MEDUMAT Transport**

Výše uvedené přístroje se mají dle příslušných EN norem a pokynů výrobce podrobit pravidelným servisním inspekcím (což odpovídá požadavkům zákona 268 o zdravotnických prostředcích). Servisní inspekce obsahuje zároveň výměnu výrobcem stanovených dílů. Tento systém výrazně zvyšuje spolehlivost přístrojů a je prevencí poruch, spojených s opotřebením přístroje při mnoholetém provozu. Rozsah a cena inspekce je odvozena od stáří přístroje.

Periodicita servisních inspekcí je dle nařízení výrobce u ventilátorů MEDUMAT 2 roky.

Servisní inspekce a opravy přístrojů MEDUMAT provádíme v ČR.

Na základě vzájemných smluv a absolvovanému školení od výrobce zajišťují pro nás opravy a inspekce přístrojů MEDUMAT Basic, Basic p, Standard, Standard a, Standard 2, Easy, Easy CPR, Transport pracovníci společnosti MEDISET-CHIRONAX a společnosti Lubor Veselý – SZDT servis.

Servisní inspekci nebo opravu můžete objednat telefonicky, faxem, e-mailem či korespondenčně. Po obdržené objednávce je domluven termín návštěvy technika na místě. Pokud se jedná o inspekci/opravu jednoho přístroje, je vhodnější (ekonomicky i časově) tento přístroj zaslat poštou či jiným dopravcem (po domluvě můžeme vyzvednutí zajistit).

Rozsah inspekcí - perioda výměny výrobcem stanovených dílů:

Díly / Typ ventilátoru	Standard, St a Basic, Basic p	Standard 2	Standard, St a Basic, Basic p	Easy Easy CPR	Transport
Díly podléhající opotřebení: těsnící prvky, vnitřní hadičky, filtry, membrány pac.okruhu ¹	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky
Vnitřní baterie	2 roky	4 roky	2 roky	2 roky	8 let
Pneumatický blok	8 let	8 let	8 let	8 let	8 let
Potenciometry ² , vnitřní hadičky, podložky, těsnění	8 let	8 let	8 let	8 let	8 let
Deska elektroniky, reproduktor alarmu ³	12 let	12 let	12 let	12 let	12 let
Seřízení, čištění, kontrola	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky

1) Pacientský okruh u M.Transport má samostatné kontroly, 2) Ne u M.Transport, 3) Pouze u M.Standard / St. a

Ceny jednotlivých inspekcí naleznete v aktuálním ceníku společnosti MEDIPRAX CB (dostupný na vyžádání). Náklady mohou vzrůst v případě opravy/výměny poškozených dílů nad rámec inspekce.

Pro veškeré dotazy týkající se tohoto systému, který se ukazuje díky dvouletému intervalu inspekcí jako velmi výhodný, jsme Vám plně k dispozici.

V Českých Budějovicích dne 1.1.2016.

Za MEDIPRAX CB v dokonalé úctě,



Jan Mach