

ES Prohlášení o shodě na zdravotnické prostředky

český překlad

My, výrobce, prohlašujeme s plnou odpovědností, že níže uvedený výrobek odpovídá příslušným ustanovením následující směrnice.

| | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výrobce: | WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG Frohboesestraße 12, 22525 Hamburk Německo |
| Popis produktu: | Monitor/defibrilátor |
| Jméno produktu / Model: | MEDUCORE Standard |
| Směrnice: | Směrnice o zdravotnických prostředcích 93/42/EHS |
| Klasifikace: | IIb |
| Použité normy: | EN 60601-1:2007 EN 60601-2-4:2011 EN 60601-1-2:2007 EN 1789:2010 |
| Označení: | TÜV-Rheinland LGA Products GmbH Nürnberg, Německo CE 0197 |

Hamburk, 19.8.2013

André Schulte
Chief Executive Officer

WM 74411b 06/2014