

EG-Konformitätserklärung für Medizinprodukte

Wir, der Hersteller, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das unten aufgeführte Produkt den einschlägigen Bestimmungen der nachstehenden Richtlinien entspricht.

Hersteller: WEINMANN Emergency
Medical Technology GmbH + Co. KG
Frohbösestraße 12, 22525 Hamburg
GERMANY

Produktbezeichnung: **Beatmungsgerät**

Produktname / Modell: **MEDUMAT Easy CPR**

Richtlinie: Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte
(gemäß Anhang II ohne (4))

Klassifizierung: IIb

Angewandte Normen: EN 794-3:1998 + A2:2009
ISO 10651-3:1997
EN 1789:2007+A1:2010
EN 60601-1:2006
EN 60601-1-2:2007

Kennzeichnung: TÜV-Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2,
90431 Nürnberg, Deutschland

CE 0197

Diese EG-Konformitätserklärung ist gültig ab dem Datum der Unterzeichnung bis zur Ausstellung einer revidierten EG-Konformitätserklärung aufgrund der Ausstellung eines neuen Richtlinienzertifikats.

Hamburg, den 21.08.2018



André Schulte
Sprecher der Geschäftsführung

74415b 08/2018

EC Declaration of Conformity on Medical Devices

We, the manufacturer, declare in sole responsibility that the product mentioned below is in conformity with the respective regulations of the following guideline.

Manufacturer: WEINMANN Emergency
Medical Technology GmbH + Co. KG
Frohbösestraße 12, 22525 Hamburg
GERMANY

Product description: **Ventilator**

Product name / Model: **MEDUMAT Easy CPR**

Guideline: Medical Device Directive 93/42/EEC
(according to Annex II excluding (4))

Classification: IIb

Standards used: EN 794-3:1998 + A2:2009
ISO 10651-3:1997
EN 1789:2007+A1:2010
EN 60601-1:2006
EN 60601-1-2:2007

Marking: TÜV-Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2,
90431 Nürnberg, Germany

CE 0197

This EC declaration of conformity is valid from the date of signature until a revised EC declaration of conformity is issued as a result of a new directive certificate being issued.

Hamburg, 21/08/2018



André Schulte
Chief Executive Officer

74415b 08/2018

Déclaration CE de conformité pour dispositifs médicaux

Nous, le constructeur, déclarons en seule responsabilité que le produit mentionné ci-dessous répond aux dispositions respectives de la directive ci-après.

Constructeur : WEINMANN Emergency
Medical Technology GmbH + Co. KG
Frohbösestraße 12, 22525 Hamburg
GERMANY

Désignation du produit : **Ventilateur**

Nom du produit / modèle : **MEDUMAT Easy CPR**

Directive : Directive européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux (conformément à l'annexe II sans [4])

Classification : IIb

Conforme aux normes habituelles : EN 794-3:1998 + A2:2009
ISO 10651-3:1997
EN 1789:2007+A1:2010
EN 60601-1:2006
EN 60601-1-2:2007

Marquage : TÜV-Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2,
90431 Nürnberg, Allemagne

CE 0197

La présente déclaration CE de conformité est valide à compter de la date de sa signature et jusqu'à présentation d'une déclaration de conformité CE révisée suite à l'établissement d'un nouveau certificat.

Hambourg, le 21/08/2018



André Schulte
Porte-parole de la direction

74415b 08/2018

Declaración CE de conformidad para productos sanitarios

Nosotros, el fabricante, declaramos bajo nuestra responsabilidad exclusiva que el producto citado posteriormente cumple las disposiciones pertinentes de las siguientes directivas.

Fabricante: WEINMANN Emergency
Medical Technology GmbH + Co. KG
Frohbösestraße 12, 22525 Hamburg
GERMANY

Denominación de producto: **Aparato para respiración artificial**

Nombre del producto/modelo: **MEDUMAT Easy CPR**

Directiva: Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios
(según el anexo II sin (4))

Classificación: IIb

Normas aplicadas: EN 794-3:1998 + A2:2009
ISO 10651-3:1997
EN 1789:2007+A1:2010
EN 60601-1:2006
EN 60601-1-2:2007

Identificación: TÜV-Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2,
90431 Nürnberg, Alemania

CE 0197

Esta declaración CE de conformidad es válida a partir de la fecha de la firma y hasta la expedición de una declaración CE de conformidad revisada debido a la expedición de un nuevo certificado de directiva.

Hamburgo, a 21.08.2018



André Schulte
Portavoz de la gerencia

74415b 08/2018