

Prohlášení o shodě

na zdravotnické prostředky

Výrobce: **GOTTLIEB WEINMANN**
Geräte für Medizin und Arbeitsschutz GmbH+Co.
Kronsaalsweg 40, D - 22525 Hamburg

Prohlašuje s plnou
odpovědností, že

Název produktu: **Pulsní oxymetr**

Typ produktu: **OXYCOUNT® mini**

je ve shodě s příslušnou
normou následující direktivy:

Direktiva 93/42/EEC na zdravotnické prostředky

Klasifikace:

II a

Dílčí předpisy při posouzení
shody:

EN 60601-1: 1990 + A1: 1993
EN 60601-1-2: 1993
prEN 865

Hamburg, 21.2.1997

Dr. J. Griefahn
President

Dr. K.-A. Feldhahn
Managing Director
Technology and Logistics

WEINMANN